

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR231025-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9132平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-01
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10/25/2023
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.1 °C 56 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
100	degC	99.8305	99.6000	-0.23050	± 0.3	Accepted	黑体设定：99.6%

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 10/25/2023	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------