


檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號： **CLR241021-001**  
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9132平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-01
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10/21/2024
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9 °C      55 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
100	degC	99.8279	99.6000	-0.22790	± 0.3	Accepted	黑体设定：99.6%

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/21/2024	確認 Approver	
第 1 頁，共 2 頁 Page 1 of 2					
對應規範	IQSDBB-0011	保存年限	10年	表單編號	IQSDDB-0026
[版本]/日期		[004] 01/27/2021			