

檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號：**CLR241014-001**  
Report No. :

儀器名稱 Instrument	9133平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-04	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	10/14/2024	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9 °C	55 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-15	degC	-15.2163	-15.0000	0.21630	± 0.3	Accepted	
0	degC	-0.2239	0.0000	0.22390	± 0.3	Accepted	
50	degC	49.8114	50.0000	0.18860	± 0.3	Accepted	
100	degC	99.8037	100.0000	0.19630	± 0.3	Accepted	
150	degC	149.7812	150.0000	0.21880	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 10/14/2024	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------