

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號： CLR211210-005
Report No. :

儀器名稱 Instrument	低溫COT手測黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-04
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	12/10/2021
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.1 °C 53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	0.0436	0.0000	-0.04360	≤0.05	Accepted	
X2	degC	0.0489	0.0000	-0.04890	≤0.05	Accepted	
X3	degC	0.0417	0.0000	-0.04170	≤0.05	Accepted	
X4	degC	0.0412	0.0000	-0.04120	≤0.05	Accepted	
X5	degC	0.0325	0.0000	-0.03250	≤0.05	Accepted	
X6	degC	0.0412	0.0000	-0.04120	≤0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0050	0.0000	-0.00500	≤0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 12/10/2021	確認 Approver
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------

(Handwritten signature)
第 1 頁，共 2 頁
Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------