

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號： **CLR230908-003**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	数字温湿度计	儀器編號 Instrument No.	KSRII0023-99	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0030	校驗日期 Calibration Date	09/08/2023	
標準件 Standard	KSRII0023-79	校驗環境 Environment	23.0 °C	57 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
20	degC	20.0000	20.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	30.4000	31.5000	1.10000	± 5	Accepted	
20	degC	20.0000	20.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	55.3000	56.2000	0.90000	± 5	Accepted	
20	degC	20.0000	20.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	79.8000	78.9000	-0.90000	± 6	Accepted	
23	degC	23.0000	23.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	29.2000	30.7000	1.50000	± 5	Accepted	
23	degC	23.0000	23.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	55.0000	54.4000	-0.60000	± 5	Accepted	
23	degC	23.0000	23.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	80.1000	79.0000	-1.10000	± 6	Accepted	
26	degC	26.0000	26.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
30	%RH	30.8000	31.9000	1.10000	± 5	Accepted	
26	degC	26.0000	26.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
55	%RH	54.9000	54.3000	-0.60000	± 5	Accepted	
26	degC	26.0000	26.0000	0.00000	± 0.5	Accepted	
80	%RH	80.3000	79.1000	-1.20000	± 6	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----	----------------	---

王秀貞 09/08/2023

第 1 頁，共 2 頁

Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------