

檢測儀器校驗報告

Calibration Report

校驗報告編號：CLR150818-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	Handy Calibrator	儀器編號 Instrument No.	KSRII0025-06
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0038	校驗日期 Calibration Date	08-18-2015
標準件 Standard	KSRII0029-01	校驗環境 Environment	23.6 °C 62 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
50	mV	50.0000	50.0010	0.00100	± 0.025	Accepted	
40	mV	40.0000	40.0000	0.00000	± 0.02	Accepted	
20	mV	20.0000	20.0000	0.00000	± 0.02	Accepted	
10	mV	10.0000	10.0000	0.00000	± 0.02	Accepted	
0	mV	0.0000	0.0000	0.00000	± 0.01	Accepted	
-3	mV	-3.0000	-3.0000	0.00000	± 0.01	Accepted	


判定
Final Judgment

Accepted

校驗人
Operator

王秀貞
張秋 08/18/2015

確認
Approver



第 1 頁，共 2 頁

Page 1 of 2