


檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR230719-003
Report No. :

儀器名稱 Instrument	Handy Calibrator	儀器編號 Instrument No.	KSRII0025-07	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0038	校驗日期 Calibration Date	07/19/2023	
標準件 Standard	KSRII0029-01	校驗環境 Environment	23.1 °C	57 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
50	mV	50.0000	50.0050	0.00500	± 0.025	Accepted	
40	mV	40.0000	40.0040	0.00400	± 0.02	Accepted	
20	mV	20.0000	20.0030	0.00300	± 0.02	Accepted	
10	mV	10.0000	10.0030	0.00300	± 0.02	Accepted	
0	mV	0.0000	0.0020	0.00200	± 0.02	Accepted	
-3	mV	-3.0000	-2.9970	0.00300	± 0.01	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----	----------------	---

王秀貞 07/19/2023

第 1 頁，共 2 頁

Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------