

檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號：CLR221129-007  
Report No. :

儀器名稱 Instrument	低溫管式黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0036-02	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0036	校驗日期 Calibration Date	11/29/2022	
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.8 °C	56 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-18	degC	-18.1057	-18.0000	0.10570	± 0.3	Accepted	
-30	degC	-30.1459	-30.0000	0.14590	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 11/29/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

第 1 頁 共 2 頁

Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDBB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------