

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號: **CAR231208-003**
Report No.:

儀器名稱 Instrument	低溫黑體(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0064-02	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	12/08/2023	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	22.2 °C	57.6 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-18	°C	-17.8900	-17.8400	0.05000	± 0.3	Accepted	
0	°C	0.0900	0.1100	0.02000	± 0.3	Accepted	

需調整表頭設定的機種及溫度如下：

機種	量測溫度	表頭設定
TN2	-18°C	-18.4°C

未列出者則無需調整

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	----------------	----------------	--

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDBB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------