

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CAR230714-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	高溫黑體(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0064-08	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	07/14/2023	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	22.6 °C	62.1 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
100	°C	99.9337	100.0000	0.06630	±0.3°C	Accepted	
220	°C	219.8968	220.0000	0.10320	±0.66°C	Accepted	
300	°C	299.9617	300.0000	0.03830	±0.9°C	Accepted	
400	°C	399.9976	400.0000	0.00240	±1.2°C	Accepted	

請依下表設定溫度

陳芝君

量測溫度	表頭設定
100°C	100.2°C
220°C	220.0°C
300°C	299.7°C
400°C	399.1°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	陳芝君 Cathy Chen	確認 Approver	ly-07/14/2023
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---------------

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------