



檢測儀器校驗報告  
Calibration Report

校驗報告編號： **CAR220714-001**  
Report No. :

儀器名稱 Instrument	低溫黑體(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0064-09	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	07/14/2022	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	22.4 °C	63.2 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-10	°C	-9.9980	-10.0000	-0.00200	± 0.3°C	Accepted	表頭設定-8.6°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator		確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------