

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號： **CAR220121-001**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	超低溫管式黑體	儀器編號 Instrument No.	QACAR0068-04	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0036	校驗日期 Calibration Date	01/21/2022	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	23.1 °C	61.4 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-30	°C	-29.9612	-30.0000	-0.03880	± 0.3	Accepted	
-18	°C	-17.9828	-18.0000	-0.01720	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------