

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CAR221025-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	Handy Calibrator	儀器編號 Instrument No.	QACAR0076-02	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0038	校驗日期 Calibration Date	10/25/2022	
標準件 Standard	QACAR0035-01	校驗環境 Environment	23.1 °C	62.3 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
-3	mV	-2.9950	-3.0000	-0.00500	± 0.01	Accepted	
0	mV	0.0050	0.0000	-0.00500	± 0.01	Accepted	
10	mV	10.0030	10.0000	-0.00300	± 0.01	Accepted	
20	mV	20.0030	20.0000	-0.00300	± 0.02	Accepted	
40	mV	40.0010	40.0000	-0.00100	± 0.02	Accepted	
50	mV	50.0010	50.0000	-0.00100	± 0.025	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------